



Testwiderstand TW-2

Die Verordnung MC 6 der CENELEC schreibt vor, dass das Prüfgerät jeweils vor Prüfbeginn auf seine Funktionstüchtigkeit überprüft werden muss.

Dieser Testwiderstand dient zur Kontrolle der im Prüfgerät eingestellten Grenzwerte für den Isolations- und Schutzleiterwiderstand. Rückseitiger Mehrpolstecker für den Anschluss des Testwiderstand an das FLP-Prüfgerät.



Ihr Ansprechpartner

Güngör Molla

+49 (0)201 21763-18

sales@ea-electronic.de

Reiter 1

Typ	Bezeichnung	Best.-Nr.
TW-2	Testwiderstand TW-2; Isolationswiderstand ISO = 2 M Ω und Schutzleiterwiderstand PE = 0,2 Ω	Z.063520
TW-5	Testwiderstand TW-5; Isolationswiderstand ISO = 2 M Ω und Schutzleiterwiderstand PE = 0,5 Ω	Z.063530